



CAIET SARCINI

Monitor functii vitale NIHON KOHDEN PVM 2703K sau echivalent compatibil cu Statia de Monitorizare Nihon Kohden model CNS – 9601k,

cu urmatoarele caracteristici minime:

- Compatibil cu statia centrala de monitorizare Nihon Kohden model CNS – 9601k
 - Ecran tactil
 - Meniu in limba romana
 - Instructiuni de ajutor cu figuri grafice
 - Lampa alarma mare, alarma graduala pentru diferite severitati, tonuri si culori cu posibilitatea configurarii alarmei la pornire conform aplicatiei
 - Ecran de 10.4" (27 cm) cu diferite moduri de afisare inclusiv cifre mari
 - Trebuie sa prezinte minim 5 trasee grafice simultan
 - Autonomie acumulator minim 3 ore
 - Maner pentru transport
 - Alimentator 100-220V incorporat
 - Minim 3 butoane configurabile (ingheata undele, revedere aritmii, trend)
 - Parametrii monitorizati: ECG, RESP, NIBP-TA neinvaziv, TA invaziva IBP/ sau et CO2, SpO2
 - Monitorizare temperatura pentru adulti, copii si nounascuti
 - Protectie defibrilare si electrochirurgie
 - Software interpretare aritmii de inalta performanta cu memorizare a minim 120 de ore de episoade aritmice, sesizare si marcare impuls pacemaker.
 - Analiza segment ST pe mai multe canale
 - TA noninvaziva cu moduri specializate de lucru pentru punctie venoasa, anestezie generala, inducerea anesteziei lombare si epidurale, manual si automatic cu intervale de la 1 min la 8 ore, inclusiv un mod de citire a tensiunii automate in cazul unei modificari Brustei, prin interpretare ECG si SpO2
 - Trenduri grafice si tabelare pentru 120 ore, full disclosure timp de 120 ore
 - Registru alarme timp de 120 ore
 - Minim un conector multifunctional pentru cuplarea cablurilor TA invaziva (IBP) sau cuplarea senzorului mainstream CO2
 - Posibilitate upgrade es Cco (debit cardiac continuu neinvaziv)
- NOTA: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de SAU ECHIVALENT

Specificatiile, caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini reprezinta cerinte minime. Ofertele care nu vor intrunii cerintele minime vor fi respinse fiind considerate ca neconforme (art. 137, alin.3 HG395/2016)

CANTITATEA: 8 bucati

DOCUMENTE NECESARE:

- CERTIFICAT DE INMATRICULARE SAU CERTIFICAT CONSTATOR EMIS DE REGISTRUL COMERTULUI
- AUTORIZATIE/AVIZ DE LA MINISTERUL SANATATII- COMERCIALIZARE DISPOZITIVE MEDICALE
- CERTIFICAT DE MARCA CE

TERMEN DE LIVRARE -Transportul si livrarea echipamentului intra in sarcina furnizorului.

Livrarea se va face la sediul autoritatii contractante in termen de maxim 30 zile de la data semnarii contractului si va fi insotita de urmatoarele documente :

- Factura fiscala
- Certificat de conformitate (calitate)
- Certificat de garantie
- Cartea tehnica a produsului

GARANTIE

Perioada de garantie a produsului va incepe de la instalarea, punerera in functiune si testarea functionala a aparatului si va fi de minim 24 luni.

In perioada de garantie toate costurile privind repararea sau inlocuirea componentelor stricate se va face gratuit de catre furnizor . Interventia se va face in maxim 48 ore.

PUNEREA IN FUNCTIUNE

Instalarea si punerea in functiune a aparatului se va face de catre personal autorizat al furnizorului, se va intocmi un Proces verbal de instalare si punere in functiune semnat de ambele parti. Instruirea personalului se va face de catre specialisti ai furnizorului, aceasta fiind inclusa in pret.

TERMEN DE PLATA

Plata se va face in termen de 30 zile de la receptia marfii.

Intocmit
dr. Ilie Florin

Dr. ILIE FLORIN
medic primar ATI
cod: B21548